

Г.В. Дивеевой
Е.М. Баскаковой

Заведующей Физиотерапевтическим отделением
ГБУ РО "Городской клинической больницы №4"

Дивеевой Г.В.
от врача-рефлексотерапевта Баскаковой М.В.

заявление.

Прошу Вас принять меры по замене старых игл и их утилизации на новые иглы для процедур иглоукалывания. В настоящее время рефлексотерапевтам приходится пользоваться иглами, приобретёнными больницей минимум лет 10 назад, предположительно и более 20 лет назад. Они не пригодны уже давно к использованию по следующим причинам:

- ручки игл окисленные и ржавые, что создаёт риск их перелома и отделения от рабочей части иглы (явление нередкое, сломанные иглы лежат в кабинете рефлексотерапевта в отдельной ёмкости);
- рабочая часть иглы должна быть острой и гладкой, без шероховатостей и неровностей. Это позволяет их вводить в эпителиальные ткани и гиподерму легко и быстро. Иглы в настоящем использовании не обладают должной остротой и гладкой поверхностью, которая во многих местах точечно окислена и пориста, что создаёт препятствия при введении в ткани организма, увеличивая время введения в несколько раз по сравнению с новой иглой. Помимо этого пациенту доставляются нежелательные страдания и боль при введении практически тупым и шероховатым предметом, особенно у области ушной раковины, где практически нет прослойки гиподермы. При извлечении игл, ткани часто "следуют" вслед за ней, цепляясь за шероховатости иглы, что создаёт дополнительный болевой эффект;
- качество стерилизации игл остаётся сомнительной из-за пористой поверхности рабочей части иглы и её ржавых ручек, что само по себе неприемлемо и создаёт риски заражения опасными заболеваниями пациентов;
- перелом некачественной и старой иглы в тканях пациента может привести к серьёзным последствиям – от применения хирургических методов её извлечения, до возникновения осложнений. В случае жалобы пациента в какие-либо инстанции, руководству больницы придётся нести ответственность.

Прошу Вас заменить иглы в ближайшее время на новые в количестве не менее 1500 - 2000 штук разных размеров. Примерные размеры игл процентном соотношении: корпоральные 80% – 0,3-50 мм (где 0,3 мм – толщина, а 50 мм - длина рабочей части), 10% – 0,35-70 мм, 10% – 0,25-25 мм для использования в ушной области.

Стоимость 1 упаковки игл (в 1 упаковке 100 штук) примерно 450-500 рублей. Упаковок потребуется примерно 20 штук – это около 10 000 рублей.

23.05.2025

Б/В